

**Previerka národného etalónu – hodnotiaci list NE 004****Národný etalón:** ČAS A FREKVENCIA NE č. 004**Hodnotil:** RNDr. Peter Nemeček, PhD.

|   |  | Vyhovuje (áno/nie) |
|---|--|--------------------|
| 1 | <b>Technický stav etalónu</b><br><br>Slovné hodnotenie:<br>Technická realizácia etalónu zodpovedá svetovému štandardu.<br>Výsledky sú priebežne porovnávané s Univerzálou časovou stupnicou v BIPM.  | ÁNO                |
| 2 | <b>Podmienky uchovávania a používania etalónu</b><br><br>Slovné hodnotenie:<br>Etalón je zálohovaný rovnakým typom. Prevádzka etalónu je kontinuálne kontrolovaná a priebežne sú sledované trendy hlavných charakteristík etalónu.<br>Etalón je umiestnený vo vychovujúcich laboratórnych podmienkach.   | ÁNO                |
| 3 | <b>Kvalifikácia personálu uchovávajúceho etalón</b><br><br>Slovné hodnotenie:<br>Osoba zodpovedná za etalón je pracovník s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti metrológie času<br>V súčasnosti, na rozdiel od techniky, Ing. Doršic nie je zálohovaný.  | ÁNO                |
| 4 | <b>Zabezpečenie prenosu reprodukovaných hodnôt na ostatné etalóny</b><br><br>Slovné hodnotenie:<br>Vybudované lab. pre kalibráciu prístrojov, hlavne el. čítačov, referenčná frekvencia privedená do lab. č. 142 a pre etalón napäťa, konkrétna schopnosť lab. je uvedená v CMC tab. BIPM Paríž.   | ÁNO                |
| 5 | <b>Zachovanie metrologických parametrov NE na požadovanej úrovni</b><br><br>Slovné hodnotenie:<br>Metrologické parametre NE sú zrovnateľné s parametrami ostatných etalónov prevádzkovaných v svetových metrologických laboratóriách a je zaradený do svetovej sústavy etalónov pre generáciu univerzálnnej svetovej stupnice. Výsledky sú publikované priebežne v Circuláry-T ktorý je vydávaný BIPM. | ÁNO                |
| 6 | <b>Preskúmanie dokumentácie k NE</b>   |                    |

Previerka národného etalónu – hodnotiaci list

|  |  |     |
|--|--|-----|
|  | Slovné hodnotenie:<br>Predložená dokumentácia popisuje kontinuálny chod etalónu a je dostatočná pre charakterizáciu metrologických parametrov etalónu. Kvantitatívne odchýlky sú výsledkom spracovania meraní v BIPM Paríž.  | ÁNO |
|  | <b>Celkové zhrnutie:</b><br><br>Etalón vykazuje štandardné parametre za posledných 5 rokov (chod časovej stupnice, rel. hodnota chyby frekvencie), uchovávanie etalónu je vyhovujúce, sprievodná dokumentácia postačujúca, vedenie záznamov (denník etalónu) vyhovuje.<br>Je nevyhnutné zabezpečiť v najbližšej budúcnosti náhradu odborného pracovníka. | ÁNO |
|  | <b>Návrh odporúčaní na ďalšiu činnosť:</b><br><br>Etalón v danej konfigurácii v spojení s porovnávacími meraniami cez GPS a Glonass je na dobrej úrovni a doporučujeme pokračovať vo funkcií, odovzdávanie hodnôt a uchovávaní etalónu.<br>Na etalón je nadviazaný rad prístrojov v SR.  | ÁNO |

**Výsledné odporúčanie:**

Odporúčam predĺženie platnosti certifikátu národného etalónu.

Bratislava, 27. 01. 2011

Podpis hodnotiteľa