

Záznam o meraní

Overenie meradla: následné

Prístroj: analyzátor dychu
Výrobca: Dräger Safety AG & Co. KGaA
Typ: Alcotest 7410 Plus SK
Výrobné číslo: ARMJ-0682
Objednávateľ: *Slovensko a s*
Malinského 40 A, Nežian

Číslo požiadavky: 423596
Číslo certifikátu: 788/260/45/12
Overovacia značka: 1 ks; 788/260 05/12

Dátum merania: 10.5.2012
Rozsah meradla: 0-1,50 mg/l
Rozlíšenie: 0,01 mg/l

Podmienky merania

Teplota: (21,61±0,1) °C
Vlhkosť: (49,3±2) %RH
Tlak: (100,01±0,5) kPa

Metodika: PP 24/260/01
Použitie zariadenie: plynné CRM etanolu v dusíku

Namerané hodnoty

Č. tlakovej nádoby	120	1804	1277	1011
Molový zlomok [mol/mol]	0,0000801	0,0002751	0,0004969	0,0006935
Skutočná koncentrácia (X) [mg/l]	0,144	0,495	0,895	1,249
1	0,130	0,500	0,910	1,250
2	0,150	0,500	0,890	1,250
3	0,140	0,510	0,890	1,250
4	0,140	0,500	0,890	1,240
5	0,140	0,500	0,880	1,230
6	0,140	0,500	0,890	1,250

Meral: RNDr. B. Cséfalvayová *cs*

Skontroloval: RNDr. Viliam Štovčík, PhD. *st*

Dôverné